

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКА МИТНИЦЯ**

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі ДК 021:2015 (CPV): 50410000-2 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (послуги з перевірки теплолічильника та послуги з перевірки лічильника води), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування: Запорізька митниця

Код за ЄДРПОУ: 44005647

Місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, буд. 12.

Категорія: органи державної влади, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, ід. № UA-2025-06-13-007086-а.

Назва предмета закупівлі	ДК 021:2015 (CPV): 50410000-2 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (послуги з перевірки теплолічильника та послуги з перевірки лічильника води)
Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Відповідно до Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжпівісрочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», повідомлення про періодичну перевірку вузла розподільного обліку/приладу-розподільовача теплової енергії/гарячої води Концерна «МТМ» від 07.04.2025 та кошторисних призначень Запорізької митниці, для своєчасного та належного проведення перевірки теплолічильника та лічильника води на 2025 рік існує потреба у здійсненні Закупівлі на суму 6046 грн. 00 коп. з ПДВ (Шість тисяч сорок шість гривень 00 копійок з ПДВ) у кількості 2 послуги .
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі та з урахуванням положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Опис, технічні та якісні вимоги

Найменування предмета закупівлі	ДК 021:2015 (CPV): 50410000-2 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (послуги з перевірки теплолічильника та послуги з перевірки лічильника води)
Вид предмета закупівлі	Послуга
Строк надання послуг	до 31 серпня 2025
Адреса надання послуг:	Послуги можуть надаватись за адресою Замовника (69041, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сергія Синенка, будинок 12) або за адресою Виконавця.

I. Технічні та якісні вимоги

Виконавець гарантує, що він є спеціалізованим підприємством, має відповідні дозволи і ліцензії на надання відповідних послуг.

Всі необхідні матеріально-технічні витрати для надання відповідних послуг здійснюється за рахунок виконавця.

Перевірку засобів вимірювань здійснює виконавець, акредитований в області забезпечення єдності вимірювань в установленому законодавством порядку.

Послуги надаються з дотриманням діючого законодавства України з урахуванням Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII із змінами, наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», постанови КМУ від 08.07.2015 за № 474 «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт», наказ міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями».

Результати повірки оформлюються відповідно до вимог Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (затверджено наказом Мінекономрозвитку України від 08.02.2016 № 193).

У разі визнання відповідного обладнання непридатними до подальшої експлуатації, оформлюється довідка про непридатність (у разі необхідності) за формою згідно з Порядком проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193.

1. Тепловий лічильник Sonocal 2000 (витратомір Sono 2500 Dn20, обчислювач Infocal-5) :

- теплообчислювач **Infocal-5**;
- термоперетворювачі опору Pt-500 - 2шт;
- витратомір ультразвуковий **Sono 2500 Dn20**.

Послуга з повірки тепловілічильника складається з :

- демонтаж теплового лічильника за адресою Замовника;
- передповірочне налагоджування
- заміна елементу автономного живлення теплообчислювача на новий з гарантією на 4 роки роботи (у разі необхідності);
- повірка теплового лічильника у закладах метрології та стандартизації з наданням Замовнику свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки;
- монтаж повіреного лічильника;
- пусконаладжувальні роботи (програмування обчислювача) та здача представникам Концерну “Міські теплові мережі” з їх опломбуванням;

2. Лічильник холодної води BAYLAN (модифікація КК-12, розмір присіднання пів дюйма номінальним діаметром 15 мм)

Послуга з повірки лічильника холодної води складається з:

- демонтаж лічильника води, згідно взаємоузгодженого графіку після розпломбування його працівниками КП «Водоканал», та монтаж лічильника після виконання повірки;
- транспортування лічильника води від приміщення Замовника до місця проведення повірки та у зворотному напрямку після проведення повірки, за рахунок Виконавця;
- виконання регламентних робіт, згідно чинного законодавства у сфері метрологічної діяльності;
- тестування Виконавцем правильності монтажу та перевірку на щільність, згідно паспорту лічильника холодної води;
- видачу Замовнику свідоцтва про проходження повірки відповідного зразка згідно з вимогами діючих нормативних документів у сфері метрологічної діяльності.

Повірка може бути здійснена в місці встановлення лічильника холодної води.

У разі визнання лічильника води непридатним до подальшої експлуатації, Виконавцем оформлюється Довідка про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки за відповідною формою, згідно з Порядком проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженим Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 193 від 08.02.2016 року.

Головний державний інспектор,
уповноважена особа



Юлія ТРЕТЯК