

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник начальника
Чернівецької митниці

Андрій БЕЗКУБСЬКИЙ

20.08.2025

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів: газових сигналізаторів, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Чернівецька митниця.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів: газових сигналізаторів (код ДК 021:2015 – 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-08-20-000808-a.

Обґрунтування обсягів закупівлі товару: загальний обсяг закупівлі відповідно до наявної потреби.

Розмір бюджетного призначення: фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до затвердженого кошторису Чернівецької митниці на 2025 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1500,00 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — з дати укладання договору по 15.12.2025 р.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів: газових сигналізаторів

відповідно до коду CPV за код ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

№ п/п	Місце надання послуг	Адреса	Об'єкт
1.	Адміністративний будинок	Чернівецька область, Дністровський район, селище Кельменці, вул. Сагайдачного, 1	газовий сигналізатор Варта 2-01 №214772
2.	Виробничий комплекс	Чернівецька область, Дністровський район, селище Кельменці, вул. Миколи, Міхновського, 12	газовий сигналізатор Страж №351743, газовий сигналізатор Страж №351748

Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 15.12.2025 року.

Загальні вимоги:

- Візуальний огляд сигналізатора газу встановленого на газифікованому об'єкті:
 - перевірка зовнішнього стану корпусу сигналізатора;
 - контроль надійності кріплення та відсутності механічних пошкоджень;
 - оцінка цілісності електричних з'єднань, кабелів, роз'ємів;
 - перевірка наявності та цілісності індикаторних елементів (світлодіодів, табло, тощо);
 - перевірка правильності розташування приладу відповідно до нормативних вимог;
 - фіксація виявлених дефектів та несправностей;
 - внесення даних до акту огляду або журналу технічного обслуговування.

2. Підготовка устаткування до проведення робіт з перевірки:

- 2.1. вимкнення живлення сигналізатора (за потреби та згідно інструкції виробника);
- 2.2. візуальний огляд робочої зони для виявлення перешкод або небезпечних факторів;
- 2.3. очищення корпусу сигналізатора від пилу та бруду без використання агресивних речовин;
- 2.4. перевірка доступу до приладу (зручність підходу, можливість безпечного виконання робіт);
- 2.5. контроль правильності монтажу сигналізатора (розташування, висота, відстань від джерел тепла/холоду, вентиляційних отворів тощо);
- 2.6. підготовка інструментів та вимірювальних приладів (перевірка справності, наявності калібрувальних свідоцтв);
- 2.7. створення безпечних умов на газифікованому об'єкті під час перевірки (зупинка або обмеження процесів, які можуть створювати небезпеку);

3. Визначення метрологічних характеристик сигналізатора газу:

- 3.1. проведення перевірки чутливості датчика до контрольної концентрації відповідного газу (метан, пропан-бутан тощо) з використанням еталонної газової суміші;
- 3.2. контроль часу спрацювання сигналізатора з моменту подачі газу до появи сигналу (звукового та/або світлового);
- 3.3. вимірювання порогових значень спрацювання сигналізатора па порівняння їх з паспортними даними виробника;
- 3.4. перевірка працездатності схеми управління сигналізатора у зв'язку з відсічним електромагнітним клапаном:
 - для нормально-відкритого клапана – контроль його закривання при спрацюванні сигналізатора;
 - для нормально-закритого клапана – контроль його відкривання або блокування подачі газу при спрацюванні.
- 3.5. фіксація результатів у протокол перевірки з зазначенням: типу та моделі сигналізатора; результатів вимірювань; висновку щодо відповідності метрологічних характеристик нормативним вимогам; рекомендацій у випадку виявлення відхилень.

4. Оформлення результатів робіт з обслуговування сигналізаторів газу.

4.1. При позитивних результатах метрологічного контролю:

- сигналізатор визначається придатним до подальшої експлуатації;
- виконавець оформляє Акт (протокол) метрологічної перевірки, у якому зазначає: дані про прилад (тип, модель, заводський номер, місце встановлення); перелік проведених перевірок; отримані результати вимірювань; висновок до придатності приладу;
- на прилад наноситься відмітка, пломба або інше позначення про проходження метрологічного контролю;
- дані про результати перевірки вносяться до журналу технічного обслуговування сигналізаторів газу.

4.2. При негативних результатах метрологічного контролю:

- сигналізатор визначається непридатним до подальшої експлуатації;
- виконавець оформляє Акт (протокол) перевірки із зазначенням: даних про прилад (тип, модель, заводський номер, місце встановлення); переліку проведених перевірок; отриманих результатів вимірювань; виявлених відхилень; висновку про непридатність приладу;
- у документі обов'язково зазначаються рекомендації щодо усунення недоліків або заміна сигналізатора;
- на прилад наноситься відмітка або інше маркування про непридатність;


5. Додаткові роботи. У разі необхідності, за окремим погодженням із Замовником, виконавець може виконувати такі додаткові роботи:

- діагностика та локалізація несправностей сигналізаторів газу;
- ремонт або заміна окремих вузлів та елементів (датчиків, індикаторів, кабельних з'єднань тощо);
- монтаж або демонтаж сигналізатора газу;
- налаштування чутливості та інших параметрів роботи сигналізатора відповідно до вимог виробника;
- проведення інструктажу персоналу Замовника з правил експлуатації сигналізаторів газу.

6. Нормативно – правові вимоги до надання послуг:

- Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694-XII;
- Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.2014 № 1314-VII;
- Закон України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" від 16 червня 2011 року, № 3533-VI;
- наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Правилам безпеки системи газопостачання» від 15.05.2015 року № 285;
- наказ Міністерства енергетики України "Про затвердження Правил технічної експлуатації системи газопостачання" від 21.10.2024 року № 402;
- інші чинні нормативні документи, що регламентують порядок обслуговування, перевірок та метрологічного контролю газових сигналізаторів.

Уповноважена особа



Тетяна БУЛЬДЯК