

«ПОГОДЖЕНО»
Заступник начальника
Чернівецької митниці

Владислав РАКША

04.11.2025

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з технічного обслуговування та повірки дозиметра, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Чернівецька митниця.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного обслуговування та повірки дозиметра (код ДК 021:2015 – 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-11-04-008855-a .

Обґрунтування обсягів закупівлі товару: загальний обсяг закупівлі відповідно до наявної потреби.

Розмір бюджетного призначення: фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до затвердженого кошторису Чернівецької митниці на 2025 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 3000,00 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін надання послуг до 15.12.2025 р.

Послуги з технічного обслуговування та повірки дозиметра
відповідно до коду СРВ за код ДК 021:2015 50410000-2 послуги з ремонту і технічного обслуговування
вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів”

1. Під послугами з технічного обслуговування та повірки дозиметра розуміється виконання діагностики, калібрування, перевірки працездатності приладу та оформлення свідоцтва про його повірку.
2. Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 15.12.2025 року.
3. Місце надання послуг: безпосереднього за місцем розташування дозиметра.

Перелік засобів вимірювальної техніки, що підлягають повірці

№ п/п	Найменування (модель)	Заводський номер	Місцезнаходження	Кількість
11.	Дозиметр рентгенівського та гамма – випромінювання ДКС-АТ1123	54858	Чернівецька митниця (м. Чернівці, вул. Руська, 248 М)	1

4. Послуги передбачають:

- діагностику технічного стану дозиметра: перевірка його працездатності;
- проведення технічного обслуговування: очищення, перевірка контактів, елементів живлення, калібрування. При наданні послуг калібрування проводиться на контроль рентгенівського випромінювання;
- проведення метрологічної повірки: приладу в акредитованій метрологічній установі відповідно до вимог законодавства України у сфері метрології;
- у разі необхідності: налаштування або коригування показників приладу.

За результатами повірки Виконавець надає Замовнику:

- Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки (дозиметра) – яке підтверджує, що прилад пройшов повірку та відповідає установленим метрологічним вимогам;

або у разі, якщо дозиметр не пройшов повірку

- Довідку про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки.

5. Загальні вимоги:

- Виконавець має своєчасно та в повному обсязі надати послуги Замовнику;
- Виконавець гарантує, що послуги будуть надаватися із застосуванням заходів із захисту довкілля;
- усі витрати при наданні послуг Замовнику з технічного обслуговування та перевірки дозиметра, витрати на відрядження, витрати пов'язані з послугами сторонніх організацій залучених при наданні послуг, тощо, покладаються на Виконавця та повинні бути враховані у вартість пропозиції;
- Виконавець визначає ціни з урахуванням вартості матеріалів, комплектуючих необхідних для надання послуг, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, відрядження та усіх інших витрат;
- Виконавець повинен приступити до надання послуг протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати подання заявки Замовником. Заявка подається в межах терміну дії договору;
- Замовник забезпечує доступ спеціалістам Виконавця до дозиметра і приймає участь у проведенні їх обстеження.
- Виконавець зобов'язаний здійснювати перевірку дозиметра з дотриманням правил пожежної безпеки, охорони праці та інших вимог чинного законодавства України. Для підтвердження надати довідку в довільній формі.

6. Вимоги до Виконавця:

- Виконавець повинен мати свідоцтво про уповноваження на проведення перевірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, видане відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30.06.2020 № 1242 «Деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення перевірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології». Для підтвердження надати копію чинного свідоцтва про уповноваження;
- персонал Виконавця повинен відповідати вимогам до кваліфікації, визначеним нормативними документами у сфері метрології.

7. Нормативно – правові вимоги до надання послуг:

- Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII;
- Порядок проведення перевірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193;
- Міжпівірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями, затверджених Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 № 1747;
- Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці” від 04.06.2015 № 374.

Уповноважена особа



Тетяна БУЛЬДЯК